2300210.03 04-2014

Suomi

Clearblue

Raskaustesti

Mukana viikkonäyttö

DIGITAL

- Jos teet testin aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä, voit tehdä testin mihin tahansa kellonaikaan.
- Jos teet testin ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää, käytä aamuvirtsaa.
- Jotta viikkonäytön tulos olisi tarkka, sinun on käytettävä aamuvirtsaa.
- Älä juo runsaasti nestettä ennen testiä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen testin tekemistä.

1 TEE TESTI

Kun olet valmis tekemään testin, poista testipuikko suojakääreestä ja irrota sininen tulppa. Käytä testipuikko välittömästi.

JOKO
Tee testi virtsasuihkusta

- Pidä näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna virtsasuihkussa **vain 5 sekunnin ajan**.
- Huolehdi, että testipuikon muut osat eivät kastu.
- Laita tulppa halutessasi takaisin paikalleen, ja aseta testipuikko vaakatasoon.

TAI

KERÄÄ VIRTSANÄYTE PUHTAASEEN JA KUIVAAN ASTIAAN

- Pidä näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna virtsassa kuvan mukaisesti **vain 20 sekunnin ajan**.
- Laita tulppa halutessasi takaisin paikalleen, ja aseta testipuikko vaakatasoon.

Älä ***koskaan*** pidä testipuikon näytteenottopäätä ylöspäin suunnattuna missään testin vaiheessa.

2 ODOTA

- Odotussymboli vilkkuu ja osoittaa, että testi on käynnissä.
- Kun odotussymboli lakkaa vilkkumasta, tulos tulee näyttöön. Jos odotussymboli ei tule näyttöön testin tekemisen jälkeen, *katso kysymys 6 kohdassa* "Kysymyksiä ja vastauksia".

3 KATSO TULOS

Clearblue DIGITAL -raskaustestissä on **viikkonäyttö**, joka osoittaa arvioidun hedelmöitymisajankohdan. Tämä tieto näkyy näytössä tuloksen "raskaana" kanssa.

- Tulos tulee näyttöön **3 minuutin** kuluessa.
- Tulos "raskaana" voi tulla näyttöön **ennen** viikkonäytön tulosta. **Odota** viikkonäytön tulosta, kunnes odotussymboli lakkaa vilkkumasta. Tämä voi kestää jopa 3 minuuttia.
- Joissakin tapauksissa tulos voi tulla näyttöön jo 1 minuutissa.
- Tulos pysyy näytössä noin 24 tunnin ajan.
- Jos saat tuloksen "raskaana", käy lääkärissä. Lääkäri neuvoo, mitä sinun pitää tehdä seuraavaksi. Lääkäri laskee raskauden keston viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä. Hedelmöityminen tapahtuu noin kaksi viikkoa ennen seuraavien kuukautisten oletettua alkamista. Viikkonäyttö osoittaa arvioidun hedelmöitymisajankohdan.
- Viikkonäyttö tunnistaa hedelmöitymisajankohdan 93-prosenttisella tarkkuudella. Arvio perustuu hCG-raskaushormonin (istukkagonadotropiinin) pitoisuuteen virtsassa. HCG-pitoisuus vaihtelee eri naisilla, ja siksi on mahdollista, että viikkonäyttö saattaa joskus antaa harhaanjohtavia tuloksia. Tuloksen "raskaana" tai "ei raskaana" varmuus on yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.

Testin virheet
Lue kohta "Testin virheet", jos olet käyttänyt testipuikkoa eikä näytössä näy mitään tällä sivulla kuvatuista tuloksista.

Tulosten tulkitseminen

Tulokset	Hedelmöitymisestä kulunut aika	Lääkärin määrittämä raskauden alkamisajankohta (kun kierto on 28 päivää)*
Inte Gravid / Ei Raskaana	**Tuloksesi on "ei raskaana"** *Katso kysymys 12* kohdassa "Kysymyksiä ja vastauksia".	-
Gravid / Raskaana 1-2	**Tuloksesi on "raskaana"** ja hedelmöityminen tapahtui noin 1-2 viikkoa sitten.	3-4 viikkoa
Gravid / Raskaana 2-3	**Tuloksesi on "raskaana"** ja hedelmöityminen tapahtui noin 2-3 viikkoa sitten.	4-5 viikkoa
Gravid / Raskaana 3+	**Tuloksesi on "raskaana"** ja hedelmöitymisestä on kulunut yli 3 viikkoa.	5+ viikkoa

*Lääkäri määrittää raskauden alkamisajankohdan viimeisten kuukautisten ensimmäisen päivän mukaan, ei hedelmöitymisajankohdan mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia – Lue tämä kohta, jossa on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

1 Kuinka Clearblue DIGITAL -raskaustesti toimii?
Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia (istukkagonadotropiinia). HCG-hormonin määrä kehossa nousee raskauden alkuvaiheessa. Clearblue tunnistaa pienetkin määrät tätä hormonia virtsassa. (Testin herkkyys on 25 mIU/ml.) Viikkonäyttö osoittaa arvioidun hedelmöitymisajankohdan virtsan hCG-pitoisuuden perusteella.

2 Kuinka tarkasti Clearblue DIGITAL -raskaustesti osoittaa raskauden?
Laboratoriotestien perusteella Clearblue DIGITAL -raskaustesti osoittaa 99-prosenttisella tarkkuudella, oletko raskaana vai et, jos teet testin aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä. Jos teet testin ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää ja saat tuloksen "ei raskaana", on kuitenkin mahdollista, että olet raskaana. *Katso kysymys 4.*

3 Miten tarkka on Clearblue DIGITAL -raskaustesti, jossa on viikkonäyttö?
Viikkonäyttö tunnistaa hedelmöitymisajankohdan 93-prosenttisella tarkkuudella. Arvio perustuu virtsan hCG-pitoisuuteen. HCG-pitoisuus vaihtelee eri naisilla, ja siksi on mahdollista, että Viikkonäyttö saattaa joskus antaa harhaanjohtavia tuloksia. Viikkonäytön on todettu antavan 97 prosentissa tapauksista saman tuloksen kuin myöhempi ultraäänitutkimus (11.–13. viikko). Tulokset perustuvat tutkimukseen, jossa verrattiin 187 naisen tuloksia, 1–2, 2–3 ja yli 3 viikkoa hedelmöitymisen jälkeen) ultraäänitutkimustuloksiin. Jos testi tehdään yli 6 viikkoa hedelmöitymisen jälkeen, viikkonäyttö voi antaa odottamattomia tuloksia. Tämä johtuu siitä, että virtsan hCG-pitoisuus on liian suuri, jotta testi voisi antaa tarkan arvion hedelmöitymisestä kuluneesta ajasta.

4 Milloin voin tehdä Clearblue DIGITAL -raskaustestin?
Clearblue DIGITAL -raskaustestiä voidaan käyttää jopa 4 päivää ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää. Jos teet testin ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää ja saat tuloksen "ei raskaana", on kuitenkin mahdollista, että olet raskaana. Seuraavassa taulukossa on Clearblue DIGITAL -raskaustestin tulokset, jotka saatiin testattaessa kliinisesti alkuraskauden näytteitä.

Varhainen testaaminen
Clearblue suosittelee, että teet testin aikaisintaan sinä päivänä, kun kuukautistesi pitäisi alkaa. Raskaushormonin määrä nousee kuitenkin nopeasti raskauden alkuvaiheessa, ja Clearblue DIGITAL -raskaustestiä voi käyttää jopa neljä päivää ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää. Clearblue DIGITAL -raskaustestillä saatiin seuraavat tulokset testattaessa kliinisesti alkuraskauden näytteitä:

Päiviä kuukautisten odotettuun alkamiseen	Tämä prosenttimäärä raskaana olevista naisista sai tuloksen "raskaana"
-1	98%
-2	97%
-3	90%
-4	65%

Jos tulos on "ei raskaana" ja epäilet edelleen raskautta, *katso kysymys 12.*
Saat selville kuukautisten odotetun alkamispäivän, kun määrität kuukautiskiertosi tavallisen pituuden laskemalla päivät kuukautisten alkamispäivästä seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.

- Jos kuukautiskiertosi on epäsäännöllinen, tee testi viimeksi kuluneiden kuukausien pisimmän kierron mukaan.
- Jos et tiedä, milloin kuukautistesi pitäisi alkaa, testi on suositeltavaa tehdä aikaisintaan 19 päivän kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä.

5 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?
- Jos käytät jotakin lääkettä, lue aina huolellisesti lääkevalmistajan ohjeet ennen testin tekemistä.
- Hedelmällisyyshoidoissa käytettävät lääkkeet, jotka sisältävät hCG-hormonia, voivat aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia. (Hedelmällisyyshoidot annetaan yleensä ruiskeina, ja testin tekeminen liian pian hoidon antamisen jälkeen saattaa antaa virheellisen "raskaana"-tuloksen.)
- Muiden hedelmällisyyshoitojen (kuten klomifeenisitraatin), särkylääkkeiden ja hormonaalisen ehkäisyn (esimerkiksi ehkäisypillereiden) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.
- Jos olet äskettäin lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai käytät hedelmällisyyshoitoja, kuten klomifeenisitraattia, kuukautisesi saattavat olla epäsäännölliset ja saatat tehdä testin liian aikaisin.
- Jos olet ollut hiljattain raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt), saatat saada virheellisen "raskaana"-tuloksen.
- Jos sinulla on menopaussi tai lähestyt menopaussia, voit saada virheellisen "Raskaana"-tuloksen, vaikka et ole raskaana.
- Kohdunulkoinen raskaus ja munasarjakystat saattavat aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia.
- Monisikiöraskaus ja kohdunulkoinen raskaus saattavat aiheuttaa harhaanjohtavia viikkonäytön tuloksia.

Jos saat odottamattomia tuloksia, ota yhteys lääkäriisi.

6 Tein testin, mutta odotussymbolia ei tule näyttöön. Mitä se merkitsee?
Testi ei toiminut oikein. *Katso kohta "Testin virheet".*

7 Tein testin, mutta tulosta ei tule näyttöön. Mitä se merkitsee?
Tuloksen pitäisi tulla näyttöön 3 minuutin kuluessa. Jos tulosta ei tule näyttöön, *katso kohta "Testin virheet".*

8 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos saat tuloksen "raskaana", käy lääkärissä. Lääkäri neuvoo, mitä sinun pitää tehdä seuraavaksi. Viikkonäyttö osoittaa vain arvioidun hedelmöitymisajankohdan. Lääkäri arvioi raskauden keston viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä. Hedelmöityminen tapahtuu noin kaksi viikkoa ennen seuraavien kuukautisten oletettua alkamista.

9 Testin mukaan olen raskaana, mutta en usko, että hedelmöityminen tapahtui viikkonäytön osoittamana ajankohtana. Onko se mahdollista?
Viikkonäytön tarkkuus on 93 %, kun teet testin aamuvirtasta. Jotkin lääkkeet tai terveydentilat voivat vaikuttaa tulokseen. Katso kysymys 5.

10 Tein testin eilen, ja tulos oli "raskaana". Tein tänään uuden testin, ja viikkonäytön mukaan hedelmöitymisestä on kulunut nyt vähemmän viikkoja kuin eilen. Mitä minun pitäisi tehdä?
HCG-hormonipitoisuus vaihtelee noustessaan, ja siksi on mahdollista, että viikkonäyttö antaa odottamattomia tuloksia, jos teet testin peräkkäisinä päivinä. Tee uusi testi 5 päivän kuluttua, ja jos viikkonäytön mukaan hedelmöitymisajankohdasta on edelleen kulunut vähemmän viikkoja, *katso kysymys 12.*

11 Sain aikaisemmin tuloksen, jonka mukaan olen raskaana, mutta kun tein uuden testin, sainkin tuloksen "ei raskaana" tai kuukautiseni ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?
Vaikka testi havaitsee raskaushormonin 99 prosentin tarkkuudella siitä päivästä lähtien, jolloin kuukautisten pitäisi alkaa, testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin käykin ilmi, ettet ole raskaana (ts. uusi testitulos on negatiivinen tai kuukautiset alkavat). Tämä voi johtua raskauden luonnollisesta keskeytymisestä raskauden alkuvaiheessa. Tämä on valitettavaa, mutta ei epätavallista, sillä joka neljäs raskaus keskeytyy aivan alkuvaiheessa. Jos saat odottamattoman tuloksen, kysy neuvoa lääkäriltä.

12 Tein testin viikko sitten, ja tulos oli "raskaana". Tein uuden testin, ja viikkonäytön mukaan hedelmöitymisestä on kulunut nyt vähemmän viikkoja kuin aiemmin. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos teit testin ohjeiden mukaan aamuvirtsasta molemmilla kerroilla ja viikkonäyttö antaa odottamattomia tuloksia, käy lääkärissä.

13 Testin mukaan en ole raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?
Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonipitoisuus ei ole vielä riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut väärin kuukautisten odotetun alkamispäivän.
- Jos teit testin, ennen kuin kuukautisten olisi pitänyt alkaa, tee testi uudelleen kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.
- Jos kuukautisesi ovat myöhässä, tee testi uudelleen kolmen päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on "ei raskaana" eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

TESTIN VIRHEET

Kirjasymboli – Testin aikana on esiintynyt virhe. Syy voi olla seuraava:

- Näytteenottopäätä ei pidetty alaspäin suunnattuna, tai testiä ei asetettu vaakatasoon, kun se oli kasteltu virtsalla.
- Testissä on käytetty liikaa tai liian vähän virtsaa.

Tee testi uudelleen uudella testipuikolla ja noudata ohjeita huolellisesti.

Tyhjä näyttö – Jos näyttö on tyhjä testin tekemisen jälkeen, ota yhteys Clearblue-tuoteneuvontaan ja pyydä lisäohjeita.

TESTIN HÄVITTÄMINEN

Poista paristo ennen testitikun hävittämistä. Paristo on hävitettävä asianmukaisen kierrätysohjelman mukaisesti. Irrota paristo työntämällä kolikko tikun takaosassa olevaan aukkoon ja vääntämällä testitikun takaosa auki. Jos paristoa ei näy, työnnä akunpidintä nuolen osoittamaan suuntaan. **Varoitus**: Älä pura tai lataa paristoa tai hävitä sitä polttamalla.

Tämä laite vastaa standardin EN 61326 sähkömagneettisia päästöjä koskevia vaatimuksia. Sen sähkömagneettiset päästöt ovat näin ollen vähäisiä. Muut sähkölaitteet eivät todennäköisesti aiheuta laitteessa häiriöitä. Testiä ei saa käyttää voimakkaiden sähkömagneettisten säteilylähteiden, esimerkiksi matkapuhelimien, lähellä, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä testin toiminnassa. Sähköstaattisten purkausten välttämiseksi älä käytä testiä erittäin kuivassa ympäristössä, etenkään synteettisten materiaalien lähellä.

Kotikäyttöinen raskaustesti. Ei sisäiseen käyttöön. Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa. Älä käytä testipuikkoa, jos sen suojakääre on vaurioitunut. Älä käytä testipuikkoa, jos sen käytettävä viimeistään -päivämäärä on umpeutunut. Tuotteessa on kiinteät paristot. Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. Nämä ohjeet koskevat mallinumeroa 790035.

www.clearblue.com
Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.
0800 774 150
Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa. Kaikki puhelut nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Varaudu ilmoittamaan pakkauksen eränumero.

CE 0843

Valmistajalla: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.
© 2014 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.
Clearblue on tavaramerkki.
Markkinoija: Procter & Gamble Finland Oy, FI-02600 ESPO0.

IVD	*In vitro* -diagnostinen lääketieteellinen laite	LOT	Eräkoodi		Älä käytä uudelleen
2°C–30°C	Lämpötilarajoitus 2 °C - 30 °C.		Viimeinen käyttöpäivä		Valmistaja